

お客様 各位

抗菌性創傷被覆・保護材 添付文書改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では抗菌性創傷被覆・保護材『メピレックス Ag』、『メピレックス ポーダー Ag』及び『メピレックス ポーダー Post-Op Ag』の添付文書を改訂いたしますのでご案内申し上げます。

両製品は【使用上の注意】重要な基本的注意の一つとして、X線検査時の使用を挙げておりましたが、皮膚への安全性が確認できましたので、下記の通り表示を変更することいたしました。尚、被覆材貼付部位の撮影に関する物理的影響には変更がございませんので、ご注意くださいようお願い申し上げます。

尚、添付文書は製品規格ごとに随時変更となりますため、市場に新旧の添付文書が流通いたしますことご了承いただきたくお願い申し上げます。

今後も弊社製品への倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

メンリッケヘルスケア株式会社
ウンドケア事業部

記

●変更箇所:添付文書

【使用上の注意】重要な基本的注意	
旧	新
(10)本品を放射線治療中や X 線、超音波、高周波などの検査中に使用しないこと。	(10)本品を放射線治療中や、超音波、及び高周波などの検査中に使用しないこと。

※メピレックス ポーダー Post-Op Ag は(9)に表示の内容です。

●変更製品

製品	旧	新
メピレックス Ag	第3版	第4版
メピレックス ポーダー Ag	第4版	第5版
メピレックス ポーダー Post-Op Ag	第1版	第2版

●変更開始時期

2022年7月22日(金)

※形状見本、臨床試用見本に添付されている添付文書は製造時期により旧版の場合がございます。

■製品に関するお問い合わせ

ウンドケア事業部 TEL:03-6279-0991

■ご注文・出荷に関するお問い合わせ

サプライチェーン部 TEL:03-6914-5008 / FAX:03-5909-1143

以上